



BIOLUX PRO MINI



Terceros Molares

1. Coloca la banda alrededor de la boca ajustándola con el elástico por la parte posterior de la nuca.
2. Presiona  dos veces para activar la luz roja e infrarroja.
3. Permite que el equipo se apague (15 minutos), y repite este procedimiento 3 veces al día (mañana, tarde y noche) por 72 hrs. Además por las noches agrega 5 minutos presionando  una sola vez con la boca abierta.
4. Si persisten las molestias, consulta a un profesional de la salud.



Hidratarse correctamente mejora los resultados
Esto no sugiere ni sustituye ningún tratamiento médico

